




SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "BAGDASAR - ARSENI" BUCUREȘTI
Șoseaua Berceni nr. 12, sector 4, cod 041915
telefon: 021.334.30.54, centrala: 021.334.30.25, fax: 021.334.73.50
cod fiscal: 4943871
e-mail: directie@bagdasar-arseni.ro
UNITATE ACREDITATĂ ÎN CICLUL I CU UN PROCENT DE 90,57 %



Nr. inregistrare: 9593/12.03.2020

ANUNT

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" intentioneaza sa demareze procedurile legale de achizitie publica avand ca obiect, furnizarea de Dispozitive de purificare a aerului, Cod Cpv: 33191000-5 Aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare (Rev.2).

Ofertele transmise se vor utiliza pentru efectuarea studiului de piata, in vederea stabilirii valorii estimate a achizitiei. Nu se va depune oferta tehnica, **cerintele minimale din anexa atasata sunt obligatorii.**

Preturile vor fi exprimate in lei fara TVA, cu maxim 2 zecimale.

Va rugam sa trimiteti, ofertele financiare, in format editabil pe adresa de mail: achizitii@bagdasar-arseni.ro.

Ofertele vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere privind asumarea specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Nota: Se vor lua in considerare doar ofertele care respecta cerintele tehnice solicitate.

MANAGER
ANDI NODIȚ

Intocmit,
Ref. Elena POPA

ANEXA

DISPOZITIV DE PURIFICARE A AERULUI

| Nr. Crt. | Denumire produs | U.M. | Cantitate |
|----------|---|------|-----------|
| 1 | DISPOZITIV DE PURIFICARE A AERULUI CU O CAPACITATE DE 800MC/ORA (Purificator De Aer 800mc) | buc. | 1 |
| 2 | DISPOZITIV DE PURIFICARE A AERULUI CU O CAPACITATE DE 500MC/ORA (Purificator De Aer 500mc) | buc. | 2 |

Specificatii tehnice :

- dispozitivul trebuie sa poata fi folosit pentru purificarea aerului din zonele de asteptare, cabinete de consultatii, saloane, incaperi destinate ingrijirii pacientilor
- dispozitivul trebuie sa aibe o capacitate de filtrare a aerului de minim 500 mc/ora
- trebuie sa inlature microorganismele (bacterii, virusuri, fungi), chimicale(gaza, COV, NOC, O3, perturbatori endocrini), particule (praf, scoame, fibre) si mirosurile neplacute,
- trebuie sa aiba o eficienta de filtrare a particulelor fine cu la diametre de minim 0,1 microni,
- trebuie sa aiba o eficiență de până la pana la 99,99%
- trebuie sa actioneze asupra bacteriilor de tipul Aspergillus brasiliensis, a Staphylococcus epidermidis si a COVID -19
- trebuie sa utilizeze o tehnologie pe baza de lampi UV si filtre HEPA

Se solicita servicii de mentenanta si consumabile gratuit in perioada de garantie.

GARANȚIE:

Termen de garantie minim 12 luni de la data instalarii si punerii in functiune.

TERMEN LIVRARE:

Livrare in termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.

SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

Transportul pana la sediul beneficiarului
Instalarea si punerea in functiune
Instruirea personalului medical si tehnic

CONDITII MINIME:

Pentru dovedirea dreptului de a comercializa echipamentul, Ofertantul are obligatia de a prezenta **Aviz de functionare emis de catre Ministerul sanatatii**, potrivit Ordinului nr. 1008/2016.